



SZPITAL UNIWERSYTECKI
W KRAKOWIE

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie projektu osłon radiologicznych dla pomieszczenia B.DO.0.41A Pracownia Tomografii Komputerowej zlokalizowanego w budynku B Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ulicy Jakubowskiego 2 celem instalacji tomografu komputerowego o podanych parametrach

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnego projektu osłon radiologicznych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa .

1. Pomieszczenie B.DO.0.41A Pracownia TK Zakład Diagnostyki Obrazowej NSSU

Rzut pomieszczenia w załączniku. Konstrukcja ścian zgodnie z opisem przegrody.

2. Parametry charakterystyczne aparatu i ilość badań

- głowa 120kV, 350 mA, 7 sek - ilość:200/tydzień
- klatka piersiowa 120kV, 570 mA, 8 sek -ilość: 150/tydzień
- jama brzuszna 120kV, 700 mA, 24 sek - ilość:150/tydzień

3. Wykonawca wykona dokumentację zgodnie z :

- Polską Normą PN-86/J-80001 - Obliczenia osłon stałych,
- Ustawą z dn. 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U. z 2023 poz. 1173),
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. poz. 1325),
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz. U. z 2021 poz. 1667),
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 195).