



Do wszystkich Wykonawców biorących udział w zapytaniu ofertowym

Dotyczy: Zamówienia realizowanego w związku z dofinansowaniem powiązanim z Projektem pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” planowanym do współfinansowania z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2019, 9 oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2. Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, planowanym do realizacji przez Szpital Uniwersytecki w partnerstwie z Województwem Małopolskim.

W związku z odpowiedziami na pytania Zamawiający informuje o modyfikacji warunków zamówienie w tym załącznika 1a

Pytania z dnia 28.07.2020

Pytanie 1

Dot. poz. 2 i 4

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia oferty na rękawiczki nitrylowe pakowane po 300 sztuk w pudełku, spełniających wszelkie Państwa wymagania oraz wszelkie niezbędne normy europejskie dla wyrobów medycznych Pytanie podyktowane jest możliwością złożenia atrakcyjnej cenowo oferty na tak pakowane rękawiczki

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Dot. poz. 1 i 5

Fartuch chirurgiczny niesterylny wykonany z włókniny typu spunlace, oddychającej włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze minimum 68 g/m², rękaw zakończony elastycznym pochłaniającym pot mankietem wykonanym w 100% z poliestru; u góry, przy szyi zapinany na rzep, troki łączone kartonikiem, poły fartucha zachodzące na siebie, zapewniające sterylne plecy, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operator. dl 145 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 3

Dot. poz 5

Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów w rozmiarze L-137cm oraz XL-147cm LUB XXL-155cm (w przypadku drugiego rozmiaru prosimy o określenie czy Zamawiający oczekuje XL czy XXL).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartuchów w rozmiarze L-137cm oraz XL-147cm

Pytanie 4

Część I, poz. 1

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej, czy włókniny typu SMS?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga fartuchów z włókniny typu SMS lub SMMMS lub SMMS

Pytanie 5

Część I, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 128 cm (+/- 3 cm) dla rozmiaru L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza



Pytanie 6

Część I, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 138 cm (+/- 3 cm) dla rozmiaru XL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7

Część I, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 157 cm (+/- 3 cm) dla rozmiaru XXL (w miejsce rozmiaru XL)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8

Część 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'100 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9

Część 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'100 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 10

Część I, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 128 cm (+/- 3 cm) dla rozmiaru L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 11

Część I, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 138 cm (+/- 3 cm) dla rozmiaru XL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12

Część I, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 157 cm (+/- 3 cm) dla rozmiaru XXL (w miejsce rozmiaru XL)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 13

Część I, poz.7

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny jednorazowego użytku wykonany z lekkiej paroprzepuszczalnej (6200 g/m²/24h) włókniny spunlace. Tkanina nie powoduje podrażnień, uczuleń i nie jest cytotoksyczna. Gramatura tkaniny 68 g/m²; pylenie 3,72 Log₁₀, odporność na przenikanie cieczy 226,2 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza



Pytania z dnia 29.07.2020

Pytanie 14

Zamawiający wymaga aby 50% każdej pozycji zamówienia zostało zrealizowane do 15 września br. W związku z panującą na całym świecie epidemią istnieją bardzo duże trudności z dotrzymanywaniem terminów dostaw oraz zatory związane z transportem surowców. Przewidywana jest również tak zwana druga fala epidemii, co może powodować dodatkowe, nieznane na dzień składania ofert utrudnienia związane z dostępem do tkanin.

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji pierwszej transzy zamówienia w zakresie pozycji 7. do dnia 15 października br.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W związku z tym ulega zmianie wzór umowy w zakresie paragrafu 3 ustęp 3:

Treść zapisu przed zmian	Treść zapisu po zmianie
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostaw dla 50% z każdej pozycji produktów, określonych w załączniku nr 1 do Umowy w terminie do 15 września 2020 roku, w maksymalnie 3 transzach.	3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostaw dla 50% produktów z każdej pozycji 1-6, określonych w załączniku nr 1 do Umowy, w terminie do 15 września 2020 roku, w maksymalnie 3 transzach oraz Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostaw dla 50% produktów z pozycji 7, określonych w załączniku nr 1 do Umowy, w terminie do 15 października 2020 roku, w maksymalnie 3 transzach (...)

Ponadto zmianie ulega pkt 4 warunków zamówienia i nabiera on następującego brzmienia:

Termin wykonania zamówienia: Umowa zostanie zawarta do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego jednak nie dłużej niż 5 miesięcy, przy czym Zamawiający zastrzega, że 50% pozycji 1-6 zamówienia zostanie zrealizowane do 15 września, w maksymalnie 3 transzach. W zakresie pozycji 7 do 15 października 2020 roku w maksymalnie 3 transzach Pozostałe 50% zamówienia będzie realizowane sukcesywnie na podstawie zamówień w terminie do 5 dni roboczych od daty wysłania zamówienia, stosownym transportem i na koszt Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dłuższego czasu realizacji dostawy, w przypadku wskazania tego każdorazowo na częściowym zamówieniu, przy czym czas ten nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania zamówienia przez Wykonawcę.

Pytanie 15

Zamawiający wymaga aby 50% każdej pozycji zamówienia zostało zrealizowane do 15 września br. W związku z panującą na całym świecie epidemią istnieją bardzo duże trudności z dotrzymanywaniem terminów dostaw oraz zatory związane z transportem surowców. Przewidywana jest również tak zwana druga fala epidemii, co może powodować dodatkowe, nieznane na dzień składania ofert utrudnienia związane z dostępem do tkanin.

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji pierwszej transzy zamówienia w zakresie pozycji 7. do dnia 15 października br.

Odpowiedź: Kwestie szczegółowe dot. zamówienia zostaną ustalone z Wykonawcą po zawarciu umowy

Pytanie 16



Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczane fartuchy operacyjne wielorazowego użytku posiadały wszyte tagi pralnicze UHF?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, w związku z tym ulega zmianie załącznik 1a patrz po modyfikacji

Pytanie 17

dotyczy Pozycji nr 5

Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów w dogodnym do Zamawiającego rozmiarze: L-125cm, XL-130cm LUB XXL-140cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 18

Czy zamawiający o dopuści w pozycji1 fartuch niesterylny wykonany z włókniny SMS o gramaturze 40g?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 19

Czy zamawiający dopuści w pozycji 3 maskę FFP2 bez zaworu mocowane na pętle zauszne?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 20

Część 1, poz. 1 i poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów w rozmiarze L – o długości 130cm oraz XL – o długości 140cm lub XXL – o długości 150cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

